（合肥）医目科技有限公司产品使用报告

项目名称	温州英格眼视光·司瞳B双效Plus双效镜片观察结果		
立项编号	YMSG--002	报告日期	2026年10月28日

项目执行情况及结论：

本结果共纳入100例青少年佩戴者，并完成3—12个月不等的回顾性随访。配双效镜片后，等效球镜度平均变化在3个月、6个月、12个月分别为-0.044±0.26D、-0.078±0.24D、-0.164±0.33D;眼轴平均增长分别为0.021±0.053mm、0.037±0.037 mm,0.076±0.064 mm2

得到以下结论:

各随访时间段等效球镜度(SE)增长量分布如下:

在 3 个月随访期间，共纳入 42 例有效数据。其中，SE 增长量≤0.25D 的有 33 例，占比 78.57%(33/42);增长量在 0.25D<SE≤0.50D 之间的有 7 例，占比 16.67% (7/42) ;增长量在 0.50D<SE≤0.75D 之间的有 2 例，占比 4.76%(2/42);增长量>0.75D 的有 0 例,占比 0.00% (0/42)

在 6 个月随访期间，共纳入 46 例有效数据。其中，SE 增长量≤0.25D 的有 32 例，占比 69.57%(32/46);增长量在 0.25D<SE≤0.50D 之间的有 10 例，占比 21.74%(10/46);增长量在 0.50D<SE≤0.75D 之间的有 4 例，占比 8.70%(4/46);增长量>0.75D 的有 0 例，占比 0.00%(0/46)

在 12 个月随访期间，共纳入 61 例有效数据。其中，SE 增长量≤0.25D 的有 22 例，占比 36.07%(22/61);增长量在 0.25D<SE≤0.50D 之间的有 20 例，占比 32.79%(20/61);增长量在 0.50D<SE≤0.75D 之间的有 13 例，占比 21.31% (13/61) ;增长量>0.75D 的有 6 例,占比 9.84% (6/61

该结果基于《温州英格眼视光·司瞳B双效Plus双效镜片镜片观察结果》方案，数据具有真实性与有效性。

公司（公章）：
日期：2026年10月28日

本报告为特定批次产品使用报告，仅供参考